



上海市电子证照库  
zwdtcert.sh.gov.cn



040219925000244



## 第一类医疗器械/体外诊断试剂备案信息表 (首次备案)

|                      |                                                  |             |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 备案号                  | 沪松械备 20250011                                    | 首次备案日期      | 2025 年 01 月 16 日   |
| 备案单位                 | 上海市松江区市场监督管理局                                    |             |                    |
| 备案人名称                | 上海科视皓医疗科技有限公司                                    | 备案人统一社会信用代码 | 91310117MACPG1E001 |
| 备案人注册地址              | 上海市松江区新桥镇申宣路 75 号一层 111 室                        |             |                    |
| 生产地址                 | 上海市松江区新桥镇申宣路 75 号一层 112-1,112-3~112-8 室          |             |                    |
| 产品名称<br>产品分类名称       | 牙科用牵开器                                           |             |                    |
| 型号/规格<br>包装规格        | 型号: KQKQ230<br>包装规格: 1 套/包                       |             |                    |
| 产品描述<br>(医疗器械适用)     | 产品由柄部和头端组成。头端为弯曲、成角度的叶片。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |             |                    |
| 主要组成成分<br>(体外诊断试剂适用) | /                                                |             |                    |
| 产品有效期                | /                                                |             |                    |
| 预期用途                 | 用于口腔治疗操作中移开软组织, 暴露视野。                            |             |                    |
| 备注                   | 产品有效期二年                                          |             |                    |
| 结构特征                 | 无源                                               | 分类编码        | 17-04-18           |

注: 可在上海市药品监督管理局政务网站 [yj.sh.gov.cn](http://yj.sh.gov.cn) 的数据查询栏目查询本市第一类医疗器械产品备案及备案变更信息。